



Cas13a 反应试剂盒 (试纸型)

Cas13a master mix (lateral flow)

✉ info@ezassay.com

🌐 www.ezassay.com

深圳易致生物科技有限公司

目录编号: CAS13-MIX-PS
CAS13-MIX-PS-5

目录 CONTENTS

内容	页码
产品简介	1
试剂盒组成	1
需要但未提供的材料	2
储存	2
检测样品	2
检测步骤	3
结果判读	5
原理示意图	6
注意事项	6

产品简介

Brief introduction

在T7 RNA聚合酶的作用下以DNA（须含T7启动子）为模板转录出RNA。Cas13a与crRNA形成功能复合物，与目标RNA配对后，Cas13a被特异性激活，反式切割荧光报告基团（reporter）。这一特点可被用于分子诊断领域，实现对病原体的检测。该试剂盒采用升级后的LwaCas13a蛋白，相较于野生型LwaCas13a蛋白活性提升50%，检测效果更佳！

试剂盒组成


Materials supplied

组分	CAS13-MIX-PS 96T	CAS13-MIX-PS 96T*5
Cleavage Buffer (10X)	240 μ l	240 μ l*5
Trans Mix (5X)	400 μ l	400 μ l*5
T7 RNA Polymerase (40X)	50 μ l	50 μ l*5
Cas13a Protein (10 μ M)	20 μ l	20 μ l*5
Cas13a Diluent Buffer	100 μ l	100 μ l*5
Positive Control (10X)	20 μ l	20 μ l*5
Reporter (4 μ M)	500 μ l	500 μ l*5
crRNA for Positive Control (20X)	10 μ l	10 μ l*5
Diluent	10ml	10ml*5

需要但未提供的材料

Other materials required

1. 核酸检测试纸条 (FAM-Biotin产物, 推荐EZassay货号: CS-FMBO-96)
2. 恒温仪器 (例如金属浴)
3. 移液器
4. Nuclease-free water
5. crRNA/gRNA: 与LwaCas13a结合, 形成功能复合物, 被目标序列特异性激活。
(LwaCas13a crRNA scaffold sequence结构序列: 5' - GAUUUAGACUACCCCAAAAACGAAGGGGACUAAAAC-3')



储存

Storage

-20°C保存, ▲避免反复冻融。建议根据实际使用量分装保存。

检测样品

Sample for detection

RNA 或带T7启动子序列 (5' -TAATACGACTCACTATAGGG-3') 的DNA

检测步骤

Assay procedure

- 在冰上融化后混匀试剂。
 - 使用Cas13a检测特异性目标序列，提前打开恒温仪器，例如：金属浴或PCR仪，把反应温度设置为37°C（PCR仪需关闭热盖功能或把热盖设置为45°C，并确保热盖温度较低。）
- 以配制20 μl反应体系为例 (注意：**冰上操作**):

序号	名称	体积
01	Cleavage Buffer (10X)	2 μl
02	Trans Mix (5X)	4 μl
03	T7 RNA Polymerase (40X)	0.5 μl
04	Cas13a Protein (2μM) *	1 μl
05	crRNA (0.4μM)	1 μl
06	Reporter (4μM) **	0.25 μl
07	扩增产物 ***	x μl
08	Nuclease-free H2O	To a total volume of 20 μl

*例如使用Cas13a Diluent Buffer 把Cas13a protein (10μM) 稀释为Cas13a protein (2μM)

**该reporter用量为消线法的使用浓度（反应终浓度50nM），可搭配本公司核酸测试纸条-消线法使用（货号：CS-FMBO-96）。若搭配本公司CRISPR核酸测试纸条（货号：HD-FMBO-96）则需要提高reporter反应终浓度为500nM~1000nM之间，具体浓度需要根据目标的实验结果优化（该试纸条为张锋论文采用的方法，但是reporter浓度需要准确调教，因此本试剂盒采用消线法），可采购本公司Cas13a 切割底物-ssRNA-试纸型（货号：RNA-FAM-BIO）。（由于CRISPR核酸测试纸条（货号：HD-FMBO-96）本身原理的原因，在试纸条上上样的样品中的reporter浓度过低或过高都会导致假阳性，因此应该根据具体实验优化反应的reporter浓度和上样的reporter浓度，上样的样品中的reporter浓度应高于100nM，具体应根据实验结果优化）

***加入扩增产物应含有T7启动子序列（PCR或恒温扩增产物均可）

如模板浓度高推荐模板加样量为1μL，x ≤ 5μL

- 配制阳性对照组20 μ L反应体系


序号	名称	体积
01	Cleavage Buffer (10X)	2 μ l
02	Trans Mix (5X)	4 μ l
03	T7 RNA Polymerase (40X)	0.5 μ l
04	Cas13a Protein (2 μ M) *	1 μ l
05	Reporter (4 μ M)	0.25 μ l
06	Positive Control (10X)	2 μ l
07	crRNA for Positive Control (20X)	1 μ l
08	Nuclease-free H ₂ O	9.25 μ l

*例如使用Cas13a Diluent Buffer 把Cas13a protein (10 μ M) 稀释为Cas13a protein (2 μ M)

- 轻弹数次混匀，稍微离心（避免涡旋剧烈震荡），重复3次
- 将反应管放置于荧光PCR仪，37 °C条件下反应30 ~ 60 min。
- 取1~10 μ L反应产物在离心管中用稀释液稀释9~200倍，混匀；（例如取2 μ L核酸扩增产物加入78 μ L Diluent稀释）
- 取70 μ L稀释的反应产物滴于核酸检测试纸条，5分钟内记录判读区检测结果
- 记录检测结果后，将试纸条密封后丢弃在安全处。

结果判读（消线法）

Result judgment



- 阴性：

检测线(Test Line, T线)有条带，同时质控线(Control Line, C线)也有条带。阴性结果表明样本中不含待检测目的核酸或者其含量低于试纸条最低检出量。（Cas 蛋白酶没被激活，Reporter没有被切割，T线显色）

- 阳性：


检测线(Test Line, T线)无条带，同时质控线(Control Line, C线)有条带。阳性结果表明样本中含有待检测的目的核酸片段。（Cas 蛋白酶被激活，Reporter被切割，T线不显色）

- 无效：

质控线(Control Line, C线)无条带或质控线(Control Line, C线)和检测线(Test Line, T线)均无条带，此结果提示所使用试纸条失效，损坏或操作有误。

原理示意图

Schematic Diagram of Principle



注意事项

Notes

- 若体系中Reporter过量会导致假阳性, 建议浓度为20nM ~120nM。具体实验应根据Cas蛋白浓度, 反应时间等因素来调整Reporter用量。
- 如果使用PCR仪器, 请提前关闭热盖功能把热盖设置为45°C。
- 试剂盒灵敏度非常高, 请注意避免扩增产物 (amplicons) 对下次试验的污染。(avoid carry-over contamination)
- 反应体系表格中的浓度为一般使用浓度, 不同的试验中最佳浓度可能不一样, 需要具体优化, 在此基础上增加或降低浓度。优化范围: 引物浓度 (每条终浓度300nM~800nM)、crRNA (20nM~1000nM)、reporter (20nM~1000nM)、Cas蛋白 (20nM~200nM)。